

# Спецификация

Сформировано: 16.05.2026 06:11

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-119-УХЛ3.1-IP68-0,1-60,0 кПа-05-0050-Ex-M20x1,5-FFPM-КА | <b>Модель:</b> 119  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1 (группа исполнения С4)                      |
|   | <b>Погрешность:</b> $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений                            |
|   | <b>Верхний предел измерения и единицы измерения:</b> 60,0 кПа                       |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0 - 5 мА (05)   |
|   | <b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> 0...+50 °С (0050)            |
|   | <b>Специальное исполнение:</b> Exia по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 ( Ex ) |
|   | <b>Механическое присоединение к процессу:</b> M20x1,5                               |
|   | <b>Материал уплотнения:</b> FFPM  |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650A (4-конт.) ( KA )                      |
|   | <b>Госповерка:</b> без госповерки ( - )   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP68 по ГОСТ 14254-96  |
|   | <b>ГОСТ:</b> ТУ 4212-001-29301297-09  |