

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:16

Наименование	Параметры
Датчик Метран-55-Вн-ДИ-515-К-МП-t8-025-0,4 МПа-05-С/Кр	<p data-bbox="671 181 1142 253">Исполнение по взрывозащите Взрывонепроницаемая оболочка</p> <p data-bbox="671 304 794 376">Модель 515</p> <p data-bbox="671 427 1107 499">Климатическое исполнение Т3(-25...+70)°С</p> <p data-bbox="671 551 1031 622">Основная погрешность 0,25%</p> <p data-bbox="671 674 970 745">Предел измерений 0,4 МПа</p> <p data-bbox="671 797 944 869">Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p data-bbox="671 920 1453 1032">Код ввода для кабеля Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм</p> <p data-bbox="671 1084 1385 1155">Комплект монтажных частей (КМЧ) Кронштейн крепления датчика к стене или опоре</p> <p data-bbox="671 1207 1378 1319">Измеряемая среда газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p data-bbox="671 1370 1161 1442">Электронный преобразователь микропроцессорный</p> <p data-bbox="671 1494 1070 1565">Свидетельство о поверке без свидетельства</p> <p data-bbox="671 1617 1082 1688">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1740 1070 1812">Маркировочная табличка Без таблички</p> <p data-bbox="671 1863 1098 1935">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 1986 927 2058">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2110 804 2181">Питание 22...42 В</p> <p data-bbox="671 2233 1182 2240">Температура измеряемой среды</p>