# Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 01:21

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Манометр ДМ2005Сг-У2-2,5 кгс/см2-1.0-VI-IP54-К1/2-Безоп.стекло160-Черта-П.П.Пас. | **Тип изделия**: Манометр |
| | **Диаметр корпуса**: 160 мм |
| | **Диапазон показаний**: 0...2,5 кгс/см2 |
| | **Класс точности**: 1.0 |
| | **Степень защиты**: IP54 |
| | **Фланец**: Без фланца |
| | **Расположение штуцера**: Радиальное |
| | **Присоединительная резьба**: К1/2 |
| | **Измеряемая среда**: базовое |
| | **Климатическое исполнение**: У2 |
| | **Температура измеряемой среды**: -50...+70°С |
| | **Температура окружающей среды**: -60...+70°С |
| | **Обезжиривание**: Без обезжиривания |
| | **Экспортное исполнение**: Без экспортного исполнения |
| | **Технологическая черта на шкале**: С чертой |
| | **Демпфер**: Без демпфера |
| | **Исполнение сигнализирующего устройства**: Оба указателя (min, max) красные (VI) |
| | **Пломбировка**: Без пломбировки |
| | **Табличка позиционного обозначения**: Без таблички |
| | **Отметка о первичной поверке на стекле**: Без отметки |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: С отметкой |
| | **Поверка ЦСМ**: Без поверки |
| | **Свидетельство о поверке**: Без свидетельства |
| | **Материал корпуса**: Нержавеющая сталь |
| | **Стекло**: Безопасное |
| | **Трубчатая пружина**: Медный сплав; Железноникелевый сплав |

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| | **Держатель**: Медный сплав |
| | **Механизм**: Медный сплав; Нержавеющая сталь |
| | **Виброзащита**: L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| | **Тип измеряемого давления**: Избыточное |
| | **Питание**: 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) - для цепей переменного тока; 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110В) - для цепей постоянного тока |
| | **Магнитное поджатие**: Без магнитного поджатия |
| | **Разъем**: Задний кабельный ввод |
| | **ТУ**: 4212-040-00225590-2001 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026204000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |