

# Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 09:42

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Манометр ДМ5001Е-У2-1 МПа-Ф-42-24 В-G1/2-Пл.-Пл.С                             | <b>Тип изделия:</b> Манометр   |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                                       |
|   | <b>Модификация:</b> Цифровой манометр с токовым выходом              |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> 0...1 МПа                                 |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 1%                                      |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|   | <b>Измеряемая среда:</b> базовое                                     |
|   | <b>Конструктивное исполнение:</b> Радиальный штуцер с задним фланцем |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА                                    |
|   | <b>Тип индикаторного устройства:</b> Светодиодный индикатор          |
|   | <b>Интерфейс:</b> Без интерфейса                                     |
|   | <b>Питание:</b> 24 В   |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав                           |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-В                              |
|   | <b>Пломбировка:</b> С пломбировкой                                   |
|   | <b>Пломба навесная:</b> С навесной пломбой                           |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> У2                                  |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+50°C                     |
|   | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания                              |
|   | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения             |
| <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                        |  |
| <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Без отметки |  |
| <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки   |  |
| <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства                             |  |
| <b>Держатель:</b> Латунь  |  |
| <b>Виброзащита:</b> N2 (от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм)               |  |

| Наименование | Параметры                                   |
|--------------|---|
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное |
|              | <b>ТУ:</b> 311-00225590.022-94              |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000              |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                 |