

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 05:50



Наименование	Параметры
Манометр ДМ5012Сг-160-УЗ.1-6 МПа-1.0-М20х1,5	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 378">160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 804 501">0...6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 719 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP53</p> <p data-bbox="671 797 799 831"><b>Фланец</b></p> <p data-bbox="671 837 780 871">Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 954"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 960 844 994">Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1077"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1084 788 1117">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 963 1200"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 1207 815 1240">Жидкость</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1323"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1330 836 1364">-50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1413 1203 1447"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1453 836 1487">-25...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 924 1570"><b>Обезжиривание</b></p> <p data-bbox="671 1576 956 1610">Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 1046 1693"><b>Экспортное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1700 1083 1733">Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1816"><b>Технологическая черта на шкале</b></p> <p data-bbox="671 1823 820 1856">Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 820 1939"><b>Демпфер</b></p> <p data-bbox="671 1946 876 1980">Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2063"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 2069 735 2103">УЗ.1</p> <p data-bbox="671 2152 1350 2186"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b></p> <p data-bbox="671 2192 1422 2240">Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p>