

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 10:00

Наименование	Параметры
Манометр ДМ5012Сг-160-УЗ-1,6 МПа-1.0-М20х1,5-Черта-Пл.-П.П.Пас.	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP53</p> <p data-bbox="671 797 794 864">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Измеряемая среда Жидкость</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1357">Климатическое исполнение УЗ</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -40...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1727">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1082 1850">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 879 2096">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1422 2219">Исполнение сигнализирующего устройства Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем</p>