

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 18:51

| Наименование       | Параметры   |
|--------------------|---|
| Манометр ДМ8009-Кс | <b>Тип изделия:</b> Манометр  |
|                    | <b>Диаметр корпуса:</b> 160   |
|                    | <b>Диапазон показаний:</b> 0...25 кгс/см <sup>2</sup>                         |
|                    | <b>Класс точности:</b> 1.5  |
|                    | <b>Степень защиты:</b> IP54   |
|                    | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное                                       |
|                    | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 08КП   |
|                    | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-В                                       |
|                    | <b>Стекло:</b> Силикатное   |
|                    | <b>Исполнение:</b> Радиальное, способ присоединения к месту отбора давления   |
|                    | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки   |
|                    | <b>Пломба навесная:</b> С навесной пломбой                                    |
|                    | <b>Климатическое исполнение:</b> Т2   |
|                    | <b>Температура измеряемой среды:</b> 333                                      |
|                    | <b>Температура окружающей среды:</b> 333                                      |
|                    | <b>Обезжиривание:</b> С обезжириванием  |
|                    | <b>Демпфер:</b> Без демпфера  |
|                    | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты                              |
|                    | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                        |
|                    | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                     |
|                    | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Без отметки |
|                    | <b>Поверка ЦСМ:</b> С поверкой  |
|                    | <b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством                              |
|                    | <b>Трубчатая пружина:</b> 333   |
|                    | <b>Держатель:</b> 333   |
|                    | <b>Механизм:</b> Нержавеющая сталь  |
|                    | <b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)                    |
|                    | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                   |

| Наименование | Параметры             |
|--------------|-----------------------|
|              | Измеряемая среда: 333 |