

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 18:50



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-6 МПа-1.0-ОШ-ФП-IP65-K1/2-Корр-Заполн.	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 775 383">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 799 506">0...6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 719 629">1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 719 735 752">IP65</p> <p data-bbox="671 797 963 831"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 842 967 875">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 954"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 965 735 999">K1/2</p> <p data-bbox="671 1043 783 1077"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1088 839 1122">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 900 1200"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1211 935 1245">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1011 1323"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1335 1038 1368">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1447"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1458 1214 1491">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 951 1570"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1581 967 1615">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 884 1693"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1704 919 1738">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1816"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1827 983 1861">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1107 1939"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1951 743 1984">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2063"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 2074 847 2107">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2186"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2197 831 2231">-70...+60°C</p>