

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 10:48



Наименование	Параметры
Манометр МПЗА-Кс-4 МПа-1.0-ОШ-ФП-IP65-K1/2-Корр-Заполн.	<p data-bbox="671 181 866 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 994 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 799 501">0...4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 719 624">1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 959 831"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 837 967 871">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 920 1102 954"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 960 735 994">K1/2</p> <p data-bbox="671 1043 783 1077"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1084 839 1117">Силикатное</p> <p data-bbox="671 1167 895 1200"><b>Корректор "0"</b></p> <p data-bbox="671 1207 935 1240">С корректором "0"</p> <p data-bbox="671 1290 1007 1323"><b>Контрольная стрелка</b></p> <p data-bbox="671 1330 1038 1364">Без контрольной стрелки</p> <p data-bbox="671 1413 1366 1447"><b>Указатель предельного давления на стекле</b></p> <p data-bbox="671 1453 1214 1487">Без указателя предельного давления</p> <p data-bbox="671 1536 951 1570"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1576 967 1610">С гидрозаполнением</p> <p data-bbox="671 1659 879 1693"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1700 919 1733">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 1783 943 1816"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 1823 983 1856">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1939"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1946 743 1980">УХЛ1</p> <p data-bbox="671 2029 1182 2063"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 2069 847 2103">-50...+100°C</p> <p data-bbox="671 2152 1206 2186"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 2192 831 2226">-70...+60°C</p>