

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 00:48

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Манометр МПЗА-Кс-160 кПа-1.0-ОШ-ФП-IP65-К1/2-Безоп.стекло100-Корр | <b>Тип изделия:</b> Манометр  |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм  |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> 0...160 кПа  |
|   | <b>Класс точности:</b> 1.0  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь  |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> К1/2   |
|   | <b>Стекло:</b> Безопасное   |
|   | <b>Корректор "0":</b> С корректором "0"   |
|   | <b>Контрольная стрелка:</b> Без контрольной стрелки                                 |
|   | <b>Указатель предельного давления на стекле:</b> Без указателя предельного давления |
|   | <b>Гидрозаполнение:</b> Без гидрозаполнения   |
|   | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки   |
|   | <b>Пломба навесная:</b> Без навесной пломбы   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1   |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+100°C                                   |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -70...+60°C                                    |
|   | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания   |
|   | <b>Демпфер:</b> Без демпфера  |
|   | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты                                    |
|   | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                              |
|   | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                           |
|   | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Без отметки       |
|   | <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки   |
|   | <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства                                   |
|   | <b>Трубчатая пружина:</b> Нержавеющая сталь   |
|   | <b>Держатель:</b> Нержавеющая сталь   |

| Наименование | Параметры  |
|--------------|--|
|              | <b>Механизм:</b> Нержавеющая сталь                                 |
|              | <b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)         |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                        |
|              | <b>Конструктивное исполнение:</b> Осевой штуцер с передним фланцем |
|              | <b>ТУ:</b> 25-7329.002-96  |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                     |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |