

# Спецификация

Сформировано: 01.06.2026 21:15

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Манометр МП4А-Кс-1 МПа-1.0-G1/2-В-Пл.-П.П.Пас.-Э                             | <b>Тип изделия:</b> Манометр                                   |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 160 мм                                 |
|  | <b>Диапазон показаний:</b> 0...1 МПа                           |
|  | <b>Класс точности:</b> 1.0                                     |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP53                                    |
|  | <b>Конструктивное исполнение:</b> Радиальный штуцер без фланца |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав                     |
|  | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-В                        |
|  | <b>Стекло:</b> Силикатное                                      |
|  | <b>Экспортное исполнение:</b> в экспортном исполнении          |
|  | <b>Пломбировка:</b> С пломбировкой                             |
|  | <b>Пломба навесная:</b> Без навесной пломбы                    |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1                          |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+100°C              |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -70...+60°C               |
|  | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания                        |
|  | <b>Демпфер:</b> Без демпфера                                   |
|  | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты               |
|  | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички         |
|  | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки      |
| <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> С отметкой |  |
| <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки  |  |
| <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства                            |  |
| <b>Трубчатая пружина:</b> Железоникелевый сплав                              |  |
| <b>Держатель:</b> Нержавеющая сталь  |  |
| <b>Механизм:</b> Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав                        |  |
| <b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)                   |  |
| <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное                                  |  |

| Наименование | Параметры                      |
|--------------|--------------------------------|
|              | <b>ТУ:</b> 25-7329.002-96      |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000 |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130    |