

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 16:48



| Наименование                                | Параметры  |
|---|--|
| Манометр ТМ-520ТЭКТ.10 (0-0,1 МПа) G1/2.1,0 | <p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...0,1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b><br/>1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 864"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2</p> <p data-bbox="671 920 1342 987"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1358 1111"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1234"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 874 1357"><b>Стекло</b><br/>Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 975 1480"><b>Материал штуцера</b><br/>Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1850"><b>Электроконтактная приставка</b><br/>Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1195 1973"><b>Расположение штуцера</b><br/>Эксцентрическое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2096"><b>ТУ</b><br/>4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026204000</p> |