

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 13:29



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-520ТЭКТ.20 (0-0,1 МПа) G1/2.1,0 IP66	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499"><b>Диапазон показаний</b> 0...0,1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622"><b>Класс точности</b> 1,0</p> <p data-bbox="671 674 1102 745"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2</p> <p data-bbox="671 797 1347 869"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 920 1366 992"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 1117 1115"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1167 874 1238"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 973 1361"><b>Материал штуцера</b> Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1485"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1608"><b>Гидрозаполнение</b> Силикон</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1731"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1195 1854"><b>Расположение штуцера</b> Эксцентрическое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1906 930 1977"><b>Степень защиты</b> IP66</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p>