

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 06:35



| Наименование                                   | Параметры  |
|--|--|
| Манометр ТМ-621ТЭКТ.10 (0-0,25 МПа) NPT1/2.1,0 | <p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b><br/>1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1342 864"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 920 1358 987"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 967 1111"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 871 1357"><b>Стекло</b><br/>Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1480"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1603"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Глицерин</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1727"><b>Электроконтактная приставка</b><br/>Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1850"><b>Присоединительная резьба</b><br/>NPT1/2</p> <p data-bbox="671 1906 1195 1973"><b>Расположение штуцера</b><br/>Эксцентрическое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2096"><b>ТУ</b><br/>4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026204000</p> |