# Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 07:56

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Мановакуумметр ДА2005Сг1Ех-У2-24 кгс/см2-1.0-Зажим-VI-МП-G1/2-Обезж.-Табл.-П.П.Пас.-ЦСМ-Свидет.-Э | **Тип изделия**: Мановакуумметр |
| | **Диаметр корпуса**: 160 мм |
| | **Исполнение по взрывозащите**: Взрывонепроницаемая оболочка,1Ex d IIB T4 Gb |
| | **Диапазон показаний**: -1...24 кгс/см2 |
| | **Класс точности**: 1.0 |
| | **Степень защиты**: IP54 |
| | **Фланец**: Задний |
| | **Расположение штуцера**: Радиальное |
| | **Присоединительная резьба**: G1/2-B |
| | **Измеряемая среда**: базовое |
| | **Климатическое исполнение**: У2 |
| | **Температура измеряемой среды**: -50...+70°C |
| | **Температура окружающей среды**: -60...+60°C |
| | **Обезжиривание**: С обезжириванием |
| | **Экспортное исполнение**: В экспортном исполнении |
| | **Технологическая черта на шкале**: Без черты |
| | **Исполнение сигнализирующего устройства**: Оба указателя (min, max) красные (VI) |
| | **Пломбировка**: Без пломбировки |
| | **Табличка позиционного обозначения**: С табличкой |
| | **Отметка о первичной поверке на стекле**: Без отметки |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: С отметкой |
| | **Поверка ЦСМ**: С поверкой |
| | **Свидетельство о поверке**: С свидетельством |
| | **Материал корпуса**: Алюминиевый сплав |
| | **Стекло**: Органическое |
| | **Трубчатая пружина**: Медный сплав |

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| | **Держатель**: Медный сплав |
| | **Механизм**: Медный сплав |
| | **Виброзащита**: L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| | **Тип измеряемого давления**: Избыточное и вакуумметрическое |
| | **Питание**: 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) - для цепей переменного тока; 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110В) - для цепей постоянного тока |
| | **Магнитное поджатие**: С магнитным поджатием |
| | **Зажим**: Вводное устройство с хомутом (зажимом) |
| | **ТУ**: 4212-040-00225590-2001 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026204000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |