

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 14:32



Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗ-УУ2-150 кПа-1.0-R404а-IP42-K1/2-Свидет.-Э	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -100...150 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b> 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b> IP42</p> <p data-bbox="671 797 839 871"><b>Фланец</b> Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 994"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b> K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1240"><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1364"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1487"><b>Температура окружающей среды</b> -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 956 1610"><b>Обезжиривание</b> Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 876 1733"><b>Демпфер</b> Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1856"><b>Технологическая черта на шкале</b> Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 919 1980"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 1254 2103"><b>Табличка позиционного обозначения</b> Без таблички</p> <p data-bbox="671 2152 1302 2226"><b>Отметка о первичной поверке на стекле</b> Без отметки</p>