

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 00:59

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВПЗ-УУ2-300 кПа-1.0-Ац-Ф-IP54-Ст-K1/2-Свидет.-Э	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -100...300 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 796 871">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 994">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117">Присоединительная резьба K1/2</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1240">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1364">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1487">Температура окружающей среды -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 956 1610">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 876 1733">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1856">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 1906 919 1980">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 1254 2103">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 2152 1302 2226">Отметка о первичной поверке на стекле Без отметки</p>