

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 04:06

| Наименование                                                            | Параметры                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Мановакуумметр МВПЗА-Кс-300<br>кПа-1.0-IP65-G1/2-В-Корр-УПД-<br>Заполн. | <b>Тип изделия:</b> Мановакуумметр                                                 |
|                                                                         | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                                                     |
|                                                                         | <b>Диапазон показаний:</b> -100...300 кПа                                          |
|                                                                         | <b>Класс точности:</b> 1.0                                                         |
|                                                                         | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                        |
|                                                                         | <b>Конструктивное исполнение:</b> Радиальный штуцер без фланца                     |
|                                                                         | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                                         |
|                                                                         | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-В                                            |
|                                                                         | <b>Стекло:</b> Силикатное                                                          |
|                                                                         | <b>Корректор "0":</b> С корректором "0"                                            |
|                                                                         | <b>Контрольная стрелка:</b> Без контрольной стрелки                                |
|                                                                         | <b>Указатель предельного давления на стекле:</b> С указателем предельного давления |
|                                                                         | <b>Гидрозаполнение:</b> С гидрозаполнением                                         |
|                                                                         | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки                                                |
|                                                                         | <b>Пломба навесная:</b> Без навесной пломбы                                        |
|                                                                         | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1                                              |
|                                                                         | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+100°C                                  |
|                                                                         | <b>Температура окружающей среды:</b> -70...+60°C                                   |
|                                                                         | <b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания                                            |
|                                                                         | <b>Демпфер:</b> Без демпфера                                                       |
|                                                                         | <b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты                                   |
|                                                                         | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                             |
|                                                                         | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                          |
|                                                                         | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> Без отметки      |
|                                                                         | <b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки                                                    |
|                                                                         | <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства                                  |

| <b>Наименование</b> | <b>Параметры</b>                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Трубчатая пружина:</b> Нержавеющая сталь                     |
|                     | <b>Держатель:</b> Нержавеющая сталь                             |
|                     | <b>Механизм:</b> Нержавеющая сталь                              |
|                     | <b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)      |
|                     | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное и вакуумметрическое |
|                     | <b>ТУ:</b> 25-7329.002-96                                       |
|                     | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                  |
|                     | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                     |