

Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 10:32

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВТПСд-100-ОМ2-500 кПа-1.0-R502-G1/2-Черта-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет.	Тип изделия: Мановакуумметр
	Диаметр корпуса: 100 мм
	Диапазон показаний: -100...500 кПа
	Класс точности: 1.0
	Степень защиты: IPX4D
	Фланец: Без фланца
	Расположение штуцера: Радиальное
	Присоединительная резьба: G1/2-B
	Измеряемая среда: Хладон 502
	Климатическое исполнение: ОМ2
	Температура измеряемой среды: до 60°C, свыше 60°C-с применением охладительных устройств
	Температура окружающей среды: -60...+65°C
	Обезжиривание: Без обезжиривания
	Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения
	Технологическая черта на шкале: С чертой
	Пломбировка: Без пломбировки
	Табличка позиционного обозначения: Без таблички
	Отметка о первичной поверке на стекле: С отметкой
	Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера: С отметкой
	Поверка ЦСМ: Без поверки
	Свидетельство о поверке: С свидетельством
	Материал корпуса: Алюминиевый сплав
	Стекло: Силикатное
	Трубчатая пружина: Медный сплав; Железникелевый сплав
	Держатель: Медный сплав
	Механизм: Медный сплав; Железникелевый сплав

Наименование	Параметры
	Виброзащита: выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 30 Гц с амплитудой до 0,25 мм
	Тип измеряемого давления: Избыточное и вакуумметрическое
	ТУ: 25.02.1946-76
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000
	ОКПД 2: 26.51.52.130