

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 19:37

Наименование	Параметры
Мановакуумметр МВТПСд-100-ОМ2-500 кПа-1.0-К1/2	<p data-bbox="671 181 916 248">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний -100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IPX4D</p> <p data-bbox="671 797 799 864">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба К1/2</p> <p data-bbox="671 1167 1107 1234">Климатическое исполнение ОМ2</p> <p data-bbox="671 1290 1426 1402">Температура измеряемой среды до 60°C, свыше 60°C-с применением охлаждающих устройств</p> <p data-bbox="671 1458 1203 1525">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1581 954 1648">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1704 1082 1771">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1827 1198 1895">Технологическая черта на шкале Без черты</p> <p data-bbox="671 1951 919 2018">Пломбировка Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2074 1254 2141">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 2197 1302 2240">Отметка о первичной поверке на стекле Без отметки</p>