

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:32



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-520Т.10 (-0,1-0,3 МПа) М20х1,5.1,0 IP66	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b> -0,1...0,3 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 624"><b>Класс точности</b> 1,0</p> <p data-bbox="671 674 1046 748"><b>Расположение штуцера</b> Осевое</p> <p data-bbox="671 797 1102 871"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 920 1342 994"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+60°С (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1362 1117"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°С (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1240"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 874 1364"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 975 1487"><b>Материал штуцера</b> Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1610"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1733"><b>Гидрозаполнение</b> Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1856"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1906 927 1980"><b>Степень защиты</b> IP66</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2226"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p>