

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:18



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ТМВ-621Р.10 (-0,1-0,15 МПа) М20х1,5.1,0	<p data-bbox="671 181 916 248"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b> -0,1...0,15 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 618"><b>Класс точности</b> 1,0</p> <p data-bbox="671 674 932 741"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 864"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 987"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1342 1111"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1358 1234"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1290 967 1357"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 967 1480"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 871 1603"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1659 1110 1727"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850"><b>Гидрозаполнение</b> Глицерин</p> <p data-bbox="671 1906 1142 1973"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 2029 1062 2096"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 871 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p>