

# Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 12:53

| Наименование                                                       | Параметры                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термометр ТМ2030Сг-2-У2-<br>(+25...+125)°С-4,0-IV-МП-6 м-250<br>мм | <b>Тип:</b> С конденсационным заполнителем                                                                                    |
|                                                                    | <b>Климатическое исполнение:</b> Исполнение У категория 2                                                                     |
|                                                                    | <b>Исполнение сигнализирующего устройства:</b> два замыкающих контакта: левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий |
|                                                                    | <b>Длина соединительного капилляра:</b> 6,0 м                                                                                 |
|                                                                    | <b>Длина погружения термобаллона:</b> 250 мм                                                                                  |
|                                                                    | <b>Степень защиты:</b> IP53                                                                                                   |
|                                                                    | <b>Магнитное поджатие:</b> с магнитным поджатием контактов                                                                    |
|                                                                    | <b>Материал термобаллона:</b> Медный сплав                                                                                    |
|                                                                    | <b>Температура окружающей среды:</b> (-50...+60)°С                                                                            |
|                                                                    | <b>Класс точности:</b> 4,0                                                                                                    |
|                                                                    | <b>Диаметр термобаллона:</b> 14 мм                                                                                            |
|                                                                    | <b>Резьба штуцера:</b> М27×2-8g                                                                                               |
|                                                                    | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                                                                                                |
|                                                                    | <b>Материал корпуса:</b> Сталь; Алюминиевый сплав                                                                             |
|                                                                    | <b>Виброзащита:</b> L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)                                                                   |
|                                                                    | <b>Фланец:</b> задний                                                                                                         |
|                                                                    | <b>Расположение штуцера:</b> радиальное                                                                                       |
|                                                                    | <b>Диапазон измерений °С:</b> (+25...+125)°С                                                                                  |
|                                                                    | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> без отметки                                                                     |
|                                                                    | <b>Поверка ЦСМ:</b> без поверки                                                                                               |
|                                                                    | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> без отметки                                                 |
|                                                                    | <b>Свидетельство о поверке:</b> без свидетельства                                                                             |
|                                                                    | <b>Технологическая черта на шкале:</b> без черты                                                                              |
|                                                                    | <b>Пломбировка:</b> без пломбировки                                                                                           |
|                                                                    | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                                                                        |
|                                                                    | <b>ТУ:</b> 4211-030-00225590-99                                                                                               |

| Наименование | Параметры                     |
|--------------|-------------------------------|
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 902519800 |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.51.110   |