# Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 07:56

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Термометр ТМ2030Сг-1-У2-(0...+150)°С-4,0-III-МП-10 м-400 мм-Свидет. | **Тип**: С газовым заполнителем |
| | **Климатическое исполнение**: Исполнение У категория 2 |
| | **Диапазон измерений °С**: (0...+150)°С |
| | **Исполнение сигнализирующего устройства**: два размыкающих контакта: левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный |
| | **Длина соединительного капилляра**: 10,0 м |
| | **Длина погружения термобаллона**: 400 мм |
| | **Степень защиты**: IP53 |
| | **Магнитное поджатие**: с магнитным поджатием контактов |
| | **Материал термобаллона**: Нержавеющая сталь |
| | **Температура окружающей среды**: (-10...+60)°С |
| | **Класс точности**: 4,0 |
| | **Диаметр термобаллона**: 20 мм |
| | **Резьба штуцера**: М33×2-8g |
| | **Диаметр корпуса**: 100 мм |
| | **Материал корпуса**: Сталь; Алюминиевый сплав |
| | **Виброзащита**: L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| | **Фланец**: задний |
| | **Расположение штуцера**: радиальное |
| | **Отметка о первичной поверке на стекле**: без отметки |
| | **Поверка ЦСМ**: без поверки |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: без отметки |
| | **Свидетельство о поверке**: со свидетельством |
| | **Технологическая черта на шкале**: без черты |
| | **Пломбировка**: без пломбировки |
| | **Табличка позиционного обозначения**: Без таблички |
| | **ТУ**: 4211-030-00225590-99 |

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 902519800 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.51.110 |