

Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 01:04

| Наименование | Параметры |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термометр ТМ2030Сг-2-У2- (0...+60)°С-4,0-III-МП-6 м-125 мм- Свидет. | Тип: С конденсационным заполнителем |
| | Климатическое исполнение: Исполнение У категория 2 |
| | Диапазон измерений °С: (0...+60)°С |
| | Исполнение сигнализирующего устройства: два размыкающих контакта: левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный |
| | Длина соединительного капилляра: 6,0 м |
| | Степень защиты: IP53 |
| | Магнитное поджатие: с магнитным поджатием контактов |
| | Длина погружения термобаллона: 125 мм |
| | Материал термобаллона: Медный сплав |
| | Температура окружающей среды: (-50...+60)°С |
| | Класс точности: 4,0 |
| | Диаметр термобаллона: 14 мм |
| | Резьба штуцера: М27×2-8g |
| | Диаметр корпуса: 100 мм |
| | Материал корпуса: Сталь; Алюминиевый сплав |
| | Виброзащита: L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| | Фланец: задний |
| | Расположение штуцера: радиальное |
| | Отметка о первичной поверке на стекле: без отметки |
| | Поверка ЦСМ: без поверки |
| | Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: без отметки |
| | Свидетельство о поверке: со свидетельством |
| | Технологическая черта на шкале: без черты |
| | Пломбировка: без пломбировки |
| | Табличка позиционного обозначения: Без таблички |
| | ТУ: 4211-030-00225590-99 |

| Наименование | Параметры |
|--------------|-------------------------------|
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 902519800 |
| | ОКПД 2: 26.51.51.110 |