

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 19:38



Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-У2-(-100...0) кПа-05-24 В-Р1/2-Пл.-Пл.С-Табл.-ЦСМ	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 847 255">Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 895 461"><b>Модификация</b></p> <p data-bbox="671 468 1283 501">Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 584"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 591 836 624">-100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 707"><b>Основная погрешность</b></p> <p data-bbox="671 714 719 748">1%</p> <p data-bbox="671 797 932 831"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 837 735 871">IP65</p> <p data-bbox="671 920 963 954"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 960 788 994">базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1077"><b>Конструктивное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1084 1139 1117">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 1167 948 1200"><b>Выходной сигнал</b></p> <p data-bbox="671 1207 783 1240">0...5 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1323"><b>Тип индикаторного устройства</b></p> <p data-bbox="671 1330 1043 1364">Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 847 1447"><b>Интерфейс</b></p> <p data-bbox="671 1453 900 1487">Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 804 1570"><b>Питание</b></p> <p data-bbox="671 1576 735 1610">24 В</p> <p data-bbox="671 1659 963 1693"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1700 963 1733">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1816"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1823 735 1856">R1/2</p> <p data-bbox="671 1906 884 1939"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1946 900 1980">С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2029 943 2063"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 2069 963 2103">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2186"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 2192 708 2226">У2</p>