

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:15

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2005СгКс-У2-(-100...0)кПа-1.0-VI-IP54-G1/2-Черта-Пл.-Табл.-П.П.С.-П.П.Пас.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 255">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 914 624">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 930 748">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 839 871">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 994">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1487">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1610">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 954 1733">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1083 1856">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 879 2103">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1353 2226">Исполнение сигнализирующего устройства Оба указателя (min, max) красные (VI)</p>