

# Спецификация

Сформировано: 17.05.2026 14:40

Наименование	Параметры
Вакуумметр ДВ2010Сг-У2-(-100...0)кПа-1.0-Д-V-IP54-M20x1,5-Безоп.стекло100-Пл.-Табл.-П.П.Пас.	<b>Тип изделия:</b> Вакуумметр
	<b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм
	<b>Диапазон показаний:</b> -100...0 кПа
	<b>Класс точности:</b> 1.0
	<b>Степень защиты:</b> IP54
	<b>Фланец:</b> Без фланца
	<b>Расположение штуцера:</b> Радиальное
	<b>Присоединительная резьба:</b> M20x1,5
	<b>Измеряемая среда:</b> базовое
	<b>Климатическое исполнение:</b> У2
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+70°C
	<b>Температура окружающей среды:</b> -60...+70°C
	<b>Обезжиривание:</b> Без обезжиривания
	<b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения
	<b>Технологическая черта на шкале:</b> Без черты
	<b>Демпфер:</b> С демпфером
	<b>Исполнение сигнализирующего устройства:</b> Базовое исполнение,оба указателя (min, max) синие (V)
	<b>Пломбировка:</b> С пломбировкой
	<b>Табличка позиционного обозначения:</b> С табличкой
	<b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки
	<b>Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера:</b> С отметкой
	<b>Поверка ЦСМ:</b> Без поверки
	<b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Стекло:</b> Безопасное
	<b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железникелевый сплав

Наименование	Параметры
	<b>Держатель:</b> Медный сплав
	<b>Механизм:</b> Медный сплав; Железоникелевый сплав
	<b>Виброзащита:</b> L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)
	<b>Тип измеряемого давления:</b> Вакуумметрическое
	<b>Питание:</b> 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) - для цепей переменного тока; 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110В) - для цепей постоянного тока
	<b>Магнитное поджатие:</b> Без магнитного поджатия
	<b>Разъем:</b> Задний кабельный ввод
	<b>ТУ:</b> 4212-040-00225590-2001
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130