

# Спецификация

Сформировано: 19.05.2026 03:41

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Вакуумметр ДВ2010Сг-Т2-(-1...0)кгс/см <sup>2</sup> -1.5-ОШ-Д-VI-МП-G1/2-Обезж.-Черта-Табл.-П.П.Пас.-ЦСМ-Э | <b>Тип изделия:</b> Вакуумметр   |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм   |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> -1...0 кгс/см <sup>2</sup>                                |
|   | <b>Класс точности:</b> 1.5   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP53  |
|   | <b>Фланец:</b> Задний  |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Осевое  |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-В  |
|   | <b>Измеряемая среда:</b> базовое   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> Т2  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+70°C                                     |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+70°C                                     |
|   | <b>Обезжиривание:</b> С обезжириванием   |
|   | <b>Экспортное исполнение:</b> В экспортном исполнении                                |
|   | <b>Технологическая черта на шкале:</b> С чертой                                      |
|   | <b>Демпфер:</b> С демпфером  |
|   | <b>Исполнение сигнализирующего устройства:</b> Оба указателя (min, max) красные (VI) |
|   | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки  |
|   | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> С табличкой                                |
|   | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                            |
|   | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> С отметкой         |
|   | <b>Поверка ЦСМ:</b> С поверкой   |
|   | <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства                                    |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав   |
|   | <b>Стекло:</b> Литое   |
|   | <b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железникелевый сплав                         |

| Наименование | Параметры   |
|--------------|---|
|              | <b>Держатель:</b> Медный сплав; Сталь   |
|              | <b>Механизм:</b> Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП  |
|              | <b>Виброзащита:</b> L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)   |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Вакуумметрическое  |
|              | <b>Питание:</b> 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) - для цепей переменного тока; 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110В) - для цепей постоянного тока |
|              | <b>Магнитное поджатие:</b> С магнитным поджатием  |
|              | <b>ТУ:</b> 4212-040-00225590-2001   |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000  |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |