

# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 21:12

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Вакуумметр ДВ5012Сг-УЗ-(-100...0)кПа-1.5-Кис-Д-М20х1,5-Обезж.-Черта-Табл.-П.П.Пас.-ЦСМ-Свидет. | <b>Тип изделия:</b> Вакуумметр   |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм   |
|  | <b>Диапазон показаний:</b> -100...0 кПа  |
|  | <b>Класс точности:</b> 1.5   |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP53  |
|  | <b>Фланец:</b> Задний  |
|  | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное  |
|  | <b>Присоединительная резьба:</b> М20х1,5   |
|  | <b>Измеряемая среда:</b> Кислород  |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УЗ  |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+70°C   |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+60°C   |
|  | <b>Обезжиривание:</b> С обезжириванием   |
|  | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения   |
|  | <b>Технологическая черта на шкале:</b> С чертой  |
|  | <b>Демпфер:</b> С демпфером  |
|  | <b>Исполнение сигнализирующего устройства:</b><br>Изготавливаются в исполнении V, с конструктивной возможностью перенастройки потребителем |
|  | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки  |
|  | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> С табличкой  |
|  | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки  |
|  | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> С отметкой   |
|  | <b>Поверка ЦСМ:</b> С поверкой   |
|  | <b>Свидетельство о поверке:</b> С свидетельством   |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Алюминиевый сплав   |
|  | <b>Стекло:</b> Литое   |

| Наименование | Параметры   |
|--------------|---|
|              | <b>Трубчатая пружина:</b> Медный сплав; Железоникелевый сплав |
|              | <b>Держатель:</b> Медный сплав                                |
|              | <b>Механизм:</b> Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП  |
|              | <b>Виброзащита:</b> L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм)   |
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Вакуумметрическое            |
|              | <b>Питание:</b> 24...27 В                                     |
|              | <b>ТУ:</b> 4212-057-00225590-2009                             |
|              | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                |
|              | <b>ОКПД 2:</b> 25.51.52.130                                   |