

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 06:53

| Наименование         | Параметры  |
|----------------------|--|
| Вакуумметр ДВ8009-Кс | <b>Тип изделия:</b> Вакуумметр   |
|                      | <b>Диаметр корпуса:</b> 160  |
|                      | <b>Диапазон показаний:</b> -1...0 кгс/см <sup>2</sup>                        |
|                      | <b>Класс точности:</b> 1.5   |
|                      | <b>Степень защиты:</b> IP54  |
|                      | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное                                      |
|                      | <b>Фланец:</b> Без фланца  |
|                      | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                                   |
|                      | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2-B                                      |
|                      | <b>Стекло:</b> Силикатное  |
|                      | <b>Исполнение:</b> Радиальное, способ присоединения к месту отбора давления  |
|                      | <b>Пломбировка:</b> Без пломбировки  |
|                      | <b>Пломба навесная:</b> С навесной пломбой                                   |
|                      | <b>Климатическое исполнение:</b> У2  |
|                      | <b>Температура измеряемой среды:</b> 333                                     |
|                      | <b>Температура окружающей среды:</b> 333                                     |
|                      | <b>Обезжиривание:</b> С обезжириванием                                       |
|                      | <b>Демпфер:</b> С демпфером  |
|                      | <b>Технологическая черта на шкале:</b> С чертой                              |
|                      | <b>Табличка позиционного обозначения:</b> Без таблички                       |
|                      | <b>Отметка о первичной поверке на стекле:</b> Без отметки                    |
|                      | <b>Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера:</b> С отметкой |
|                      | <b>Поверка ЦСМ:</b> С поверкой   |
|                      | <b>Свидетельство о поверке:</b> Без свидетельства                            |
|                      | <b>Трубчатая пружина:</b> 333  |
|                      | <b>Держатель:</b> 333  |
|                      | <b>Механизм:</b> Нержавеющая сталь   |
|                      | <b>Виброзащита:</b> L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)                   |

| Наименование | Параметры                                   |
|--------------|---|
|              | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное |
|              | <b>Измеряемая среда:</b> 333                |