

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 23:43



| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Вакуумметр ТВ-620ТЭКТ.10 (-0,1-0 МПа) G1/2.1,0 IP66 | <p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b><br/>Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>150 мм</p> <p data-bbox="671 427 930 499"><b>Степень защиты</b><br/>IP66</p> <p data-bbox="671 551 995 622"><b>Диапазон показаний</b><br/>-0,1...0 МПа</p> <p data-bbox="671 674 914 745"><b>Класс точности</b><br/>1,0</p> <p data-bbox="671 797 1342 869"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 920 1361 992"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1115"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1167 874 1238"><b>Стекло</b><br/>Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 975 1361"><b>Материал штуцера</b><br/>Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1485"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1608"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Глицерин</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1731"><b>Электроконтактная приставка</b><br/>Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1854"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2</p> <p data-bbox="671 1906 1193 1977"><b>Расположение штуцера</b><br/>Эксцентрическое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101"><b>ТУ</b><br/>4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026204000</p> |