

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 17:08

| Наименование | Параметры |
|---|--|
| Вакуумметр ВПЗ-УУ2-(-100...0)кПа-1.0-R404а-Ф-Д-IP54-Ст-M20x1,5-П.П.Пас.-Пл.-Черта-Э | <p data-bbox="671 181 863 248">Тип изделия Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 991 495">Диапазон показаний -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 791 864">Фланец Задний</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1167 1102 1234">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1290 1182 1357">Температура измеряемой среды -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1413 1206 1480">Температура окружающей среды -30...+60°C</p> <p data-bbox="671 1536 951 1603">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1659 863 1727">Демпфер С демпфером</p> <p data-bbox="671 1783 1198 1850">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 1906 903 1973">Пломбировка С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2029 1254 2096">Табличка позиционного обозначения Без таблички</p> <p data-bbox="671 2152 1302 2219">Отметка о первичной поверке на стекле Без отметки</p> |