

Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 18:12

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Вакуумметр ВПЗА-Кс-(-1...0) кгс/см ² -1.5-Ф-Д-IP54-G1/2-В- Безоп.стекло100-УПД-Обезж.-Пл.- Табл.-ЦСМ-Свидет. | Тип изделия: Вакуумметр |
| | Диаметр корпуса: 100 мм |
| | Диапазон показаний: -1...0 кгс/см ² |
| | Класс точности: 1.5 |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь |
| | Присоединительная резьба: G1/2-В |
| | Стекло: Безопасное |
| | Корректор "0": Без корректора "0" |
| | Контрольная стрелка: Без контрольной стрелки |
| | Указатель предельного давления на стекле: С указателем предельного давления |
| | Гидрозаполнение: Без гидрозаполнения |
| | Пломбировка: С пломбировкой |
| | Пломба навесная: Без навесной пломбы |
| | Климатическое исполнение: УХЛ1 |
| | Температура измеряемой среды: -50...+100°C |
| | Температура окружающей среды: -70...+60°C |
| | Обезжиривание: С обезжириванием |
| | Демпфер: С демпфером |
| | Технологическая черта на шкале: Без черты |
| | Табличка позиционного обозначения: С табличкой |
| | Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки |
| | Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: Без отметки |
| | Поверка ЦСМ: С поверкой |
| | Свидетельство о поверке: С свидетельством |
| | Трубчатая пружина: Нержавеющая сталь |
| | Держатель: Нержавеющая сталь |

| Наименование | Параметры |
|--------------|--|
| | Механизм: Нержавеющая сталь |
| | Виброзащита: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| | Тип измеряемого давления: Вакуумметрическое |
| | Конструктивное исполнение: Радиальный штуцер с задним фланцем |
| | Степень защиты: IP54 |
| | ТУ: 25-7329.002-96 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |