# Спецификация

Сформировано: 22.05.2026 07:56

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Вакуумметр ВП4-УТ2-(-100...0)кПа-1.5-ОШ-Д-IP53-Ал-G1/2-ЦСМ-Свидет.-Черта-Табл.-Э | **Тип изделия**: Вакуумметр |
| | **Диаметр корпуса**: 160 мм |
| | **Диапазон показаний**: -100...0 кПа |
| | **Класс точности**: 1.5 |
| | **Степень защиты**: IP53 |
| | **Фланец**: Без фланца |
| | **Расположение штуцера**: Осевое |
| | **Присоединительная резьба**: G1/2-B |
| | **Измеряемая среда**: Газ,пар,жидкость |
| | **Климатическое исполнение**: Т2 |
| | **Температура измеряемой среды**: -50...+150°C |
| | **Температура окружающей среды**: -30...+60°C |
| | **Обезжиривание**: Без обезжиривания |
| | **Демпфер**: С демпфером |
| | **Технологическая черта на шкале**: С чертой |
| | **Пломбировка**: Без пломбировки |
| | **Табличка позиционного обозначения**: С табличкой |
| | **Отметка о первичной поверке на стекле**: Без отметки |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: Без отметки |
| | **Поверка ЦСМ**: С поверкой |
| | **Свидетельство о поверке**: С свидетельством |
| | **Материал корпуса**: Алюминиевый сплав |
| | **Стекло**: Оконное |
| | **Трубчатая пружина**: Медный сплав; Железноникелевый сплав |
| | **Держатель**: Медный сплав; Сталь |
| | **Механизм**: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| | **Экспортное исполнение**: в экспортном исполнении |
| | **Виброзащита**: L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| | **Тип измеряемого давления**: Вакуумметрическое |
| | **ТУ**: 25-02.180335-84 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026204000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |